

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Dodávka bude obsahovat tyto položky:

- 1 ks mobilního laserového měřiče (součástí dodávky je proškolení obsluhy přístroje a návod v českém jazyce),
- 1 ks software v českém jazyce,
- 2 ks dobíjecích baterií (jedna v přístroji a jedna náhradní),
- 1 ks dobíjecí stanice pro baterie (ze sítě 230V AC),
- 1 ks montáže přístroje na stativ
- 1 ks Ověřovací list Českého metrologického institutu (na 1 rok).

Mobilní laserový měřič musí umožňovat měření z ruky i ze stativu.

Pro tuto činnost musí být opatřen dokumentační jednotkou k automatickému pořizování záznamu měření. Záznam z měřicího zařízení musí být digitálně chráněn tak, aby nebyla ohrožena jeho autentičnost a integrita. Pořízený digitální záznam bude možné přenést do počítače.

Součástí dodávky bude také příslušný software, který umožní zpracovat pořízený záznam do podoby protokolu oznámení o přestupku pro správní orgán dle platné legislativy.

Povinné údaje na záznamu (fotografie, video) z dopravní situace v českém jazyce s možností tisku:

- čas a datum měření,
- místo měření,
- identifikační číslo záznamu (snímku),
- zobrazení záměrného kříže na měřeném objektu,
- nejvyšší povolená rychlost v místě měření v km/h,
- zaměřená rychlost v km/h,
- směr pohybu měřeného vozidla.

Povinné údaje na protokolu dodaného softwaru k editaci záznamů v českém jazyce s možností tisku:

- záznam z dopravní situace se všemi povinnými údaji z uvedené položky,
- možnost digitálního zaostření a výřezů snímku (RZ, řidič),
- registrační značka vozidla,
- typ vozidla,
- údaje o řidiči vozidla (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského a řidičského průkazu, adresa),
- typ a výrobní číslo zařízení,
- možnost doplnění a uložení textu do protokolu o záznamu.

Technická specifikace:

- rozsah měření rychlosti: min. 20 – 200 km/h,
- rozsah vzdálenosti měření: min 20 – 150 m s garancí kvality výstupu dat pro řešení nebo postoupení přestupku správnímu orgánu,
- pracovní prostředí min. -10 °C až +50 °C,
- nastavitelný limit rychlosti,
- možnost měření ve zhoršených povětrnostních podmínkách a v noci s minimálním rozsahem měření 20 – 60 m,
- zařízení napájené jedním vyměnitelným zdrojem, nezávislým na elektrické síti (baterii) s minimální výdrží 8 hodin.

Dodavatel musí zajišťovat záruční (po dobu záruční doby přístroje) a pozáruční servis (minimálně 5 let) a pravidelné každoroční ověření Českým metrologickým institutem.